



**DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH**

Wydział Zamiejscowy w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. Kupiecka 1,  
tel./fax: 32 422 13 10, e-mail: rybnik@katowice.gum.gov.pl

**ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ**

**PRZYRZĄD POMIAROWY**

Odmierzacz paliw ciekłych

Nazwa lub znak producenta: Dresser Wayne AB

Model lub odmiana: Global Star V C33-33 HHR, nr fabr.: 5-259169-001, rok prod.: 2009

Nr fabr. czujnika objętości: 79968 L, nadany znak typu lub nr certyfikatu badania typu WE: 107021

**Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.**

**OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia **15 października 2022 r.**

**MIEJSCE UŻYTKOWANIA**

EKO-AGB P.H.U. Stacja Paliw

44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Polna

**WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE**

Maksymalny strumień objętości  $q_{max} = 40 \text{ dm}^3/\text{min}$ , rodzaj cieczy: benzyny

**WNIOSKODAWCA**

EKO-AGB P.H.U.

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Szyb Zachodni 8

użytkownik przyrządu pomiarowego

**WYMAGANIA**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 3 poz. 27; z 2010 Nr 163 poz. 1103)

**ZAKRES SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1619)

**MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH**

Cechy zabezpieczające w liczbie 6 umieszczono na: tabliczce znamionowej odmierzacza, mechanizmie adiustacji oraz przetworniku kąta obrotu, pokrywach czujnika objętości, separatorze gazu wraz z tabliczką znamionową, połączeniu czujnika objętości z monoblokiem oraz ramą odmierzacza, pokrywie przełącznika w liczydło.

**LICZBA STRON ŚWIADECTWA**

Świadectwo składa się z 1 strony.

**ZNAK WNIOSKU**

P/20/55 - 552010929

Data wystawienia: 15 września 2020 r.



**INSPEKTOR**

  
mgr inż. Marek Pluta

z up. Dyrektora